

# AGUJA AMNIOCENTESIS/ CORDOCENTESIS

FICHA TÉCNICA



## MARCA

Laboratoire CCD

## CÓDIGO

1119615

## PRESENCIA DE LÁTEX

Libre de Látex

## TIPO DE PRODUCTO

Producto de un solo uso, (desechable).

## PRESENTACIÓN, ROTULADO Y TIPO DE ENVOLTORIO

Caja x 10 unidades, cada unidad viene en empaque unitario estéril.

## MEDIDAS

20 gauge x 15 cm

## ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno (ETO)

## PROCEDENCIA

Francia

## DESCRIPCIÓN

Aguja de Acero de 20 gauge x 15 cm, con tres marcas ecogénicas antes de la punta biselada. Mandril incorporado que funciona además como llave.

## RECOMENDACIÓN DE USO

Pruebas de fluido amniótico, vía transabdominal.

Estudios citológicos, para pruebas de cariotipo.

Estudios bioquímicos durante el 2do. Trimestre de embarazo (alfafetoproteína, acetilcolinesterasa).

Estudio de la madurez fetal y monitoreo de isoimmunización durante el 3er. trimestre de embarazo.

Estudios de sangre fetal.

## CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

FDA y CE

## CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA LABORATOIRE CCD

ISO 13485

## EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE

IMH